



청각 장애인 및 청력에 문제가 있는 사람들을 위한 대비 요령

보청기

- 보청기는 재난 발생시 쉽게 찾을 수 있는 장소에 보관하십시오. 예를 들어, 침대 옆의 보관함에 넣고 이 보관함을 줄이나 찌꺼기를 사용해 소탁자 또는 침대 다리에 붙여둘 수 있습니다. 재난이 발생한 직후에는 분실 또는 손상된 보청기를 교체하거나 수리하기가 어렵습니다.

배터리

- 보청기 및 임플란트용 배터리를 추가로 준비합니다. 가능하다면 예비 보청기를 비상용품과 함께 보관하십시오.
- 비파, 캡션 기능이 되는 전화, 기타 통신 장비를 충전해 둡니다.
- TTY 및 기타 통신 장비를 위한 배터리와 예비 배터리를 보관해 둡니다. 올바른 배터리 보관 방법은 설명서를 참조하십시오.

통신

- 통역자가 없거나 보청기가 없는 경우 비상 담당자와 의사소통하는 방법에 대해 알아 두십시오. 비상시에 대비하여 종이와 펜을 준비해 두십시오.
- 다음과 같이 중요한 메시지를 미리 인쇄한 종이를 지참하고 다니십시오:
 - “저는 미식 수화(American Sign Language: ASL)를 사용하며 ASL 통역자가 필요합니다.”
 - “저는 영어를 쓰거나 읽지 못합니다.”
 - “안내 사항이 있을 경우 종이에 써주거나 수화로 알려 주십시오.”
- 가능하다면 수화 또는 캡션이 있는 비상 안내에 액세스하기 위한 디코더 칩이 있는 배터리 사용 TV를 준비하십시오.
- 지속적으로 캡션 기능 및/또는 수화 뉴스를 제공하는지 알아 두십시오.

경보

- 보고 들을 수 있는 신호를 주는 연기 경보 장치를 설치하십시오. 적어도 하나의 연기 경보는 배터리로 작동되는 것이어야 합니다.

지원

- 적십자의 비상사태 자원봉사자인 통역자를 찾아드립니다.
- TV 방송국이 모든 뉴스와 비상 정보를 공개 캡션 형식으로 방송하도록 권장합니다.
- TV 방송국이 긴급 상황에서 생방송을 담당하는 통역자를 제공하도록 권장합니다.
- 여행할 때 호텔이 청각 장애인과 청력에 문제가 있는 사람들을 위한 서비스(시각 경보 포함)를 제공하는지 확인하십시오. 체크인할 때 시각 경보를 요청하십시오.



PO Box 47890
Olympia, WA 98504-7890

www.doh.wa.gov

360-236-4027
(800) 525-0127

DOH Pub 821-005

